



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
Διοίκηση 6<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας  
Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου  
& Δυτικής Ελλάδας  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY  
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY  
Date: 2018.11.07 14:21:34 EET  
Reason: Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΦ644690ΒΧ-ΗΨΘ

Λευκάδα: 07-11-2018  
Αριθ. Πρωτ: 9100

**ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ**

Ταχ. Δ/ση: Αρ. Βαλαωρίτη 24  
Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ  
Τηλέφωνο: 2645360266  
Πληροφορίες: Βαγγέλη Βασιλική  
e-mail: vasovaggeli@ghol.gr

**ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας λαμβάνοντας υπόψιν:

1. Την αριθ. 13<sup>η</sup> Έκτακτη συνεδρίαση / 31-10-2018 θέμα 3<sup>ο</sup> του Δ.Σ., με ΑΔΑ: 6ΥΤ34690ΒΧ-ΛΘ3
2. Την υπ' αριθ. 966-06/11/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με ΑΔΑ: ΩΩΤΧ4690ΒΧ-ΘΨ5

**ανακοινώνει:**

Τη Συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου με απευθείας ανάθεση με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια:

**« ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ », με CPV: 33141000-0 για χρονική διάρκεια τριών μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.**

**ΥΨΟΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 9.984€ πλέον ΦΠΑ.**

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια μη χημικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσης & αιματολογικά αναλώσιμα υλικά του Γ.Ν. Λευκάδας».

A/A	ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ
1	Στηρικτικά επιθέματα φλεβοκαθετήρων 7,5cmX6cm χωρίς σχισμή		ΤΕΜΑΧΙΑ	5.500		
2	Πώματα για φλεβοκαθετήρες		ΤΕΜΑΧΙΑ	5200		
3	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (No 6/6,5/7/7,5/8/8,5)		ΤΕΜΑΧΙΑ	60		
4	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ , 3ml ηπαρινισμένες		ΤΕΜΑΧΙΑ	950		
5	ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (No10 No 11, No 15, No 20.)		ΤΕΜΑΧΙΑ	2700		

6	Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί μ.χ. (No 2, No3, No4)		TEMAXIA	130		
7	Συστήματα φλεβοκέντησης (πεταλούδες): No 21 No 23		TEMAXIA	900 100		
8	Μάσκες Venturi		TEMAXIA	600		
9	Μάσκες για χορήγηση οξυγόνου ενηλίκων απλές		TEMAXIA	400		
10	Μάσκες για χορήγηση οξυγόνου παιδικές απλές		TEMAXIA	30		
11	Μάσκες για λήψη οξυγόνου από την μύτη		TEMAXIA	680		
12	Μάσκες αερολίν ενηλίκων		TEMAXIA	850		
13	Μάσκες αερολίν παιδών		TEMAXIA	800		
14	Γλωσσοπίεστρα		TEMAXIA	1480		
15	Προεκτάσεις οξυγόνου(7m έως 10 m) 100cm 3 οδών		TEMAXIA	20		
16	Προεκτάσεις οξυγόνου (1,5m έως 2 m)		TEMAXIA	20		
17	Νεφροειδή μ.χ. χάρτινα		TEMAXIA	120		
18	Ουροδοχεία μ.χ. χάρτινα		TEMAXIA	4400		
19	Σκωραμίδες μ.χ. χάρτινες		TEMAXIA	370		
20	Κουτιά απόρριψης βελόνων		TEMAXIA	280		
21	Στρόφιγγες 3-WAY α) χωρίς προέκταση β) με προέκταση 25-50cm		TEMAXIA	3400 300		
22	Συσκευές μετάγγισης αίματος μ.χ. αποστειρωμένες		TEMAXIA	420		
23	Ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος δια γυμνού οφθαλμού		TEMAXIA	3750		
24	Σεντόνια μ.χ. για εξεταστικά κρεβάτια σε ρολά πλάτος 75cm x μήκος 50m		TEMAXIA	1500		
25	Υποσέντονα μ.χ. μη αποστειρωμένα (80X180cm)		TEMAXIA	4000		
26	Συσκευές ελεγχόμενης ροής ορού με ρολογάκι ακριβείς για μικροσταγόνες		TEMAXIA	6400		

27	Τεστ στρεπτόκοκου (Strep-a-rapid test) πακέτο 20τμχ		TEMAXIA	15		
28	Λευκοσίλκ 2,5cm x 5m μεταξωτό (λευκή υποαλλεργική ταινία από συνθετικό μετάξι)		TEMAXIA	550		
29	Λευκοσίλκ 5cm x 5m μεταξωτό(λευκή υποαλλεργική ταινία από συνθετικό μετάξι)		TEMAXIA	600		
30	Λευκοπλάστ χάρτινο 5cmx10m		TEMAXIA	300		
31	Λευκοπλάστ χάρτινο 2,5cmx10m		TEMAXIA	380		
32	Λευκοπλάστ 5cmx10m υφασμάτινο(Πορώδες με ισχυρή κολλητική ικανότητα)		TEMAXIA	40		
33	Λευκοπλάστ 10cmx10m υφασμάτινο(Πορώδες με ισχυρή κολλητική ικανότητα)		TEMAXIA	60		

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών ([www.epromy.gr](http://www.epromy.gr)) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

##### **1. Στηρικτικά επιθέματα φλεβοκαθετήρων:**

Να είναι αδιάβροχο αλλά πορώδες υλικό έτσι ώστε να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Υποαλλεργικό ώστε να μην ξεκολλά στην εφίδρωση.

Να έχει ειδικό μικροπορώδες αλουμίνιο – γάζα στο σημείο παρακέντησης έτσι ώστε να μην δημιουργεί ερεθισμό.

Να διαθέτει διάφανη μεμβράνη (παράθυρο)για έλεγχο πιθανής δυσανεξίας ή ερεθισμού του αγγείου.

Να εξασφαλίζει τη σταθεροποίηση του καθετήρα σε τρεις κατευθύνσεις συγχρόνως (μία οριζόντια και δύο κάθετα)

Να διαθέτει προστατευτικό γαζάκι (κάτω από τα πτερύγια) έτσι ,ώστε να μη δημιουργεί ερεθισμό και να βοηθάει τη ροή του υγρού στον φλεβοκαθετήρα.

Να αφαιρείται ανώδυνα και εύκολα.

##### **2. ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ,**

Αποστειρωμένα, σκληρά, LUER-LOCK βιδωτά.

##### **4. ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, 3ml ηπαρινισμένες**

- Η σύριγγα να είναι μικρής διαμέτρου.
- Ο σιλικοναρισμένος σωλήνας της σύριγγας και το έμβολο επιτρέπουν την εύκολη αναρρόφηση ακόμα και σε καταστάσεις πολύ χαμηλής πίεσης αίματος.
- Το έμβολο έχει διπλό σφράγισμα για να εμποδίζει τυχαία διαρροή υγρού.
- Δυνατότητα μεταφοράς δείγματος προς τον αναλυτή χωρίς τον κίνδυνο θρόμβωσης έως και 30 λεπτά.
- Το σετ αιμοληψίας να περιλαμβάνει :
- Ηπαρινισμένη σύριγγα 3 cc.
- Φίλτρο απομάκρυνσης φυσαλίδων αέρος.
- Αποστειρωμένη, μιας χρήσεως.

##### **5. ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ / ΛΑΜΑ-ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

- Ανοξείδωτες.
- Η συσκευασία τους να είναι ατομική σε φύλλα αλουμινίου για αντισκουριακή προστασία.

- Να είναι αποστειρωμένες.
- Να είναι καλά ακονισμένες για να εξασφαλίζεται με την πρώτη φορά η καλύτερη τομή.
- Να έχει κατάλληλο (σκούρο) χρωματισμό για να ελαχιστοποιεί την ανακλαστική λάμψη προς αποφυγή της διάσπασης της προσοχής του χειρουργού.

## 7. ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ)

Όλες οι βελόνες με πτερύγια τύπου (BUTTERFLY) να φέρουν:

- Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική (σιλικοναρισμένη, λεπτών τοιχωμάτων, με διπλή κοντή λοξότμηση.
- Ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της βελόνας και ασφαλή στήριξή της.
- Στα πτερύγια να αναγράφεται το μέγεθος της βελόνας σε GAUGE (G) και να έχουν χρωματικό κώδικα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
- Σωλήνα υψηλής ποιότητας που ανακτά την αρχική του διάμετρο μετά από πιθανή αναδίπλωση, καθώς και ικανοποιητικού μήκους για την δημιουργία καμπύλης ασφαλείας (ανάλογα με το μέγεθος και την χρήση).
- Επιστόμιο με υποδοχή για σύνδεση ασφαλείας Luer Lock με τη συσκευή χορήγησης.
- Να διατίθενται σε μεγέθη: 19-21-23-25-27G.
- Να δείχνουν ένδειξη εισόδου στο αγγείο (αίμα) αμέσως  
Να σταλούν περισσότερα των τεσσάρων δειγμάτων.

## 8. ΜΑΣΚΕΣ VENTOURI

Μάσκες Ventouri για παροχή οξυγόνου υψηλής πυκνότητας σε ποσοστό ελεγχόμενης ροής με βαλβίδα ενσωματωμένη με όλες τις ρυθμίσεις.

## 9. ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΟΛΙΝ

Μάσκες με νεφελοποιητή για χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων.

## 17. ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ

Νεφροειδή δοχεία μιας χρήσης κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από 100% ανακυκλώσιμο χαρτί. Το τελικό προϊόν να είναι αδιάβροχο και σκληρό, βιοδιασπώμενο και η χωρητικότητα να είναι μεγαλύτερη των 1000 ml.

Να διαθέτουν τη δυνατότητα πολτοποίησης σε ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων συσκευών (πολτοποιητές). Να διατηρούν το σχήμα τους χωρίς καμία διαρροή υγρών για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες και άνω από την χρήση του.

## 18. ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ

Ουροδοχείο ανδρών, μιας χρήσης κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από 100% ανακυκλώσιμο χαρτί. Το τελικό προϊόν να είναι αδιάβροχο και σκληρό, υδατοδιαλυτό και πλήρως βιοδιασπώμενο και η χωρητικότητα να είναι μεγαλύτερη των 900 ml.

Να διαθέτουν τη δυνατότητα πολτοποίησης σε ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων συσκευών (πολτοποιητές). Να διατηρούν το σχήμα τους χωρίς καμία διαρροή υγρών για τουλάχιστον τέσσερις ώρες και άνω από την χρήση του.

## 19. ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ

Σκωραμίδα Οβάλ, μιας χρήσης κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από 100% ανακυκλώσιμο χαρτί.

Το τελικό προϊόν να είναι αδιάβροχο και σκληρό, υδατοδιαλυτό και πλήρως βιοδιασπώμενο και με χωρητικότητα άνω των 2 λίτρων.

Να διαθέτουν τη δυνατότητα πολτοποίησης σε ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων συσκευών (πολτοποιητές). Να διατηρούν το σχήμα τους χωρίς καμία διαρροή υγρών για τουλάχιστον τέσσερις ώρες και άνω από την χρήση του.

**20. ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ 5 – 6 LITRA, με προδιαγραφές ασφαλείας.**

## 21. ΣΤΡΟΦΥΓΓΕΣ 3-WAY & 5-WAY STOP COCK, ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ, LUER-LOCK ΚΑΙ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ.

- Να έχουν επίπεδη καθαρή επιφάνεια

- Χαμηλό όγκο γεμίσματος (νεκρός όγκος)
- Ευθύ δύο δρόμων πέρασμα υγρών
- Να προσφέρει τη δυνατότητα της αίσθησης όταν το συνδετικό είναι εντελώς ανοιχτό ή κλειστό μέσω ON/OFF θέσεων (δηλ. να έχει θέση stop ανά 45 μοίρες- οι οδοί να διαθέτουν κλειστό διαφορετικού χρώματος με σήμανση ανοικτού – κλειστού για λόγου ασφαλείας)
- Υλικό που να επιτρέπει τη χρήση λιπιδίων και χημειοθεραπευτικών παραγόντων.
- Να έχει αυξημένη αντίσταση στο σπάσιμο
- Το υλικό κατασκευής να είναι από Πολυάνθρακα - Πολυεθυλένιο-Πολυτροπυλένιο Latex – free, Αποστειρωμένα μ.χ σε ατομική συσκευασία.
- CE Mark και να φέρουν καπάκια σύνδεσης
- Να διατίθενται και με προέκταση διαφόρων μηκών 25&50 cm.
- Να μπορεί να σταθεροποιηθεί σε ανάλογη βάση στατώ.

## 22. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ

- Να έχουν εύκαμπτο διαφανή σωλήνα από PVC MEDICAL GRADE διαμέτρου κατά προτίμηση 3 x 4,1 mm και μήκους τουλάχιστον από 160 – 200 cm .
- Σε συσκευασία ατομική που να αποτελείται από ειδικό μικροβιοκρατές χαρτί MEDICAL GRADE στην μία πλευρά και διαφανές φύλλο πολυαιθυλενίου/πολυαμιδίου (PE/PA) στην άλλη πλευρά , θερμοσυγκολλημένα μεταξύ τους (PEEL BACK ) .
- Να είναι αποστειρωμένες με ETOX, ελεύθερες πυρετογόνων και μη – τοξικές. Είναι μιας χρήσης & δεν προορίζονται να δεχτούν αντλία.
- Το ειδικό χαρτί της ατομικής συσκευασίας να επιτρέπει την ελεύθερη δίοδο του ETOX κατά την αποστείρωση και έπειτα, την απομάκρυνση του ETOX κατά τον εξαερισμό (περιορίζοντας στο ελάχιστο τα υπολείμματά του στη συσκευή). Επιπλέον να εμποδίζει την είσοδο στον ατομικό περιέκτη μικροοργανισμών διασφαλίζοντας έτσι την στειρότητα του προϊόντος σε όλη την διάρκεια ζωής του.
- Το διατηρητικό ρύγχος έχει σπή επαρκούς παροχής αίματος, ενώ φέρει ενσωματωμένο μεγάλο σταγονομετρικό θάλαμο , από PVC Medical Grade (διαφανή) , για τον οπτικό έλεγχο ροής του αίματος .
- Να έχει ενσωματωμένο στο σταγονοθάλαμο ειδικό διηθητικό φίλτρο επιφάνειας 15 cm<sup>2</sup>, για την διήθηση του παρεχόμενου αίματος στη συσκευή, το δε μέγεθος της βρογχίδας του δικτύου (MESH) του ηθμού της συσκευής είναι: 200 - 270 μm.
- Να φέρει κατάλληλο ρυθμιστή ροής με τροχό, αμερικανικού τύπου .
- Να φέρει υποδοχή για σύνδεση LUER.

## 23. ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΓΥΜΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ

Η κατακύρωση του είδους θα γίνει με συνοδό εξοπλισμό (μηχανάκια μέτρησης) ο οποίος θα χρειάζεται ελάχιστη δόση αίματος για την μέτρηση και θα είναι ιδιαίτερα εύχρηστος.

**24. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ** σε ρολά, πλαστικοποιημένα με άριστη διάτρηση ανά 30-40 εκατ. περίπου, με δυο στρώματα (χαρτί απορροφητικό/λεπτό πλαστικό φιλμ) χρώματος λευκού, αδιάβροχα 100%. Το μήκος των ρολών είναι ενδεικτικό και οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν 10 μέτρα περισσότερο ή λιγότερο του ζητουμένου μήκους.

**Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες εκτός της τιμής του ρολού να αναφέρουν και την τιμή ανά μέτρο.(Όρος απαραίβτος).**

## 25. ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

( ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ) για τα κρεβάτια ασθενών, διαστάσεως τουλάχιστον 0,80 cm x 1,80 cm / τμχ (με δυνατότητα απόκλισης των ζητουμένων διαστάσεων έως και +5 cm) , πλαστικοποιημένα αποτελούμενα από υλικό απορροφητικό άριστης ποιότητας και λεπτό πλαστικό φιλμ, αδιάβροχα 100%.

## 26. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΡΟΛΟΓΑΚΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ

Να φέρουν **σκληρό** διατηρητικό ρύγχος για ευκολότερη διάτρηση των πωμάτων των περιεκτών.

- Να φέρουν ενσωματωμένο διαφανή μαλακό σταγονοθάλαμο από PVC MEDICAL GRADE , για τον οπτικό έλεγχο ροής του διαλύματος .
- Να έχουν εύκαμπτο διαφανή σωλήνα από PVC MEDICAL GRADE διαμέτρου κατά προτίμηση 3 x 4,1 mm και μήκους τουλάχιστον από 160 – 200 cm .

- Στις συσκευές έγχυσης μικροσταγόνων : οι 60 σταγόνες αποσταγμένου νερού Ε 1 gr .
  - Σε συσκευασία ατομική που να αποτελείται από ειδικό μικροβιοκρατές χαρτί MEDICAL GRADE στην μία πλευρά και διαφανές φύλλο πολυαιθυλενίου/πολυαμιδίου (PE/PA) στην άλλη πλευρά , θερμοσυγκολλημένα μεταξύ τους (PEEL BACK ) .
  - Οι συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης διαλυμάτων (ορρών) να φέρουν ενσωματωμένο αεραγωγό, που διευκολύνει την ομαλότερη ροή του υγρού, με ειδικό υδρόφοβο φίλτρο συγκράτησης μικροοργανισμών από TEFLON .
  - Να έχουν πρόσθετο ελαστικό LATEX ( FLASH BALL ) για την προσθήκη ενέσιμων διαλυμάτων .
  - Οι συσκευές να δύνανται να παρέχουν όγκο ροής, σύμφωνα με τα διεθνή standards τουλάχιστον 34,6 ml / min πυκνού διαλύματος γλυκόζης 40 % , σε πλήρη λειτουργία .
  - Να είναι αποστειρωμένες με ETOX, ελεύθερες πυρετογόνων και μη – τοξικές .
- Είναι μιας χρήσης & δεν προορίζονται να δεχτούν αντλία.
- Το ειδικό χαρτί της ατομικής συσκευασίας να επιτρέπει την ελεύθερη δίοδο του ETOX κατά την αποστείρωση και έπειτα, την απομάκρυνση του ETOX κατά τον εξαερισμό (περιορίζοντας στο ελάχιστο τα υπολείμματά του στη συσκευή). Επιπλέον να εμποδίζει την είσοδο στον ατομικό περιέκτη μικροοργανισμών διασφαλίζοντας έτσι την στείρωση του προϊόντος σε όλη την διάρκεια ζωής του.

### 30 & 31 Λευκοπλάστ χάρτινα

Κατασκευασμένο από μη υφασμένες ίνες ράγιων μικροπορώδες. Η μία όψη να συγκολλάτε στο δέρμα , πρέπει να έχει συγκολλητική υποαλλεργική ουσία που να μην ερεθίζει το δέρμα και να παραμένει πορώδης ακόμα και μετά την τοποθέτηση στο δέρμα.

α) Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη προσφέρονται σε διαφορετικές μονάδες μέτρησης σε σχέση με την μονάδα μέτρησης της περιγραφής του είδους στην διακήρυξη , οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να αντιστοιχίσουν με σαφήνεια την μονάδα μέτρησης του προσφερόμενου είδους ως προς την μονάδα μέτρησης της διακήρυξης για να υπάρχει η δυνατότητα οικονομικής σύγκρισης των προσφερομένων ειδών. **(ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ).**

β) Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες σε περίπτωση που σε ζητούμενα είδη της πρόσκλησης έχουν προσδιοριστεί διαστάσεις εκτός της αντιστοιχίας με τον αύξοντα αριθμό του ζητούμενου είδους να προσδιορίζουν σε ποιο ζητούμενο είδος α, β, γ..... αντιστοιχεί το προσφερόμενο είδος και ως προς την διάσταση εφόσον βέβαια αυτά δεν παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις **(ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ)**

### Όροι συμμετοχής

1. Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την πρόσκληση ενδιαφέροντος. Θα φέρουν σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο. Υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίγραφα τόσο οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ.

2. Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις:

(ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ που βαρύνουν τον προμηθευτή).	Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06% (άρθρο 350 παρ 3 Ν4412/2016-ΚΥΑ1191/2017)  Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ  ΟΓΑ Χαρτ/μου 20% επί Χαρ. ΑΕΠΠ Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%  Χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ  ΟΓΑ Χαρτ/μου 20% επί Χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ  Φόρος Προμηθευτών 4%
---	--

3. Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου προ ΦΠΑ).

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο (Ο προσφέρων υποχρεούται με την προσφορά του να δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί της % στο οποίο υπάγεται το είδος).

4. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

5. Οι προσφορές θα ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες, από την επομένη της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

6. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες, ή ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος δεν γίνονται δεκτές.

7. Η παράδοση των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται μέσα στο χρόνο που ορίζει η πρόσκληση ενδιαφέροντος αυτή.

8. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και για το σύνολο της αξίας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

9. Σε περίπτωση που το προσκομισθέν είδος δεν είναι σύμφωνο με την υπογραφείσα σύμβαση, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να το αντικαταστήσει με άλλο σύμφωνο με τη σύμβαση.

10. Η αποστολή δειγμάτων είναι υποχρεωτική στην περίπτωση που το ζητήσει η επιτροπή αξιολόγησης και πρέπει να σταλούν εντός τεσσάρων ημερών από την ημέρα που θα σταλεί το αίτημα, αλλιώς θα απορρίπτεται.

11. Οι προσφέροντες υποχρεωτικά θα αναγράφουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης αυτής και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και με την υποβολή της προσφοράς ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται στην προσφορά του όπως είναι υποχρεωτικό.

### Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πρόσκληση, πρέπει να καταθέσουν εγγράφως προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία **μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού μέσα στις εργάσιμες ώρες**. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δε λαμβάνονται υπόψη.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη “Προσφορά”, β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. γ. Ο αριθμός της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

### **Αξιολόγηση Προσφορών**

Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές για τα είδη που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτά και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της πρόσκλησης.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.

Αποκλίσεις από όρους της πρόσκλησης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί στην πρόσκληση ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη προσφορών.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το αρμόδιο όργανο (τριμελής επιτροπής) για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί εγγράφως στους ανακηρυχθέντες προμηθευτές.

Στην περίπτωση που οι ανακηρυχθέντες προμηθευτές δεν προσέλθουν μέσα στην προθεσμία που τους ορίστηκε να υπογράψουν την σχετική σύμβαση, κηρύσσονται υποχρεωτικά έκπτωτοι από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά τους και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Ν.4412/2016 κυρώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν κλειστή προσφορά στην Γραμματεία του Γ.Ν. Λευκάδας (πρωτόκολλο) από **08/11/2018 ημέρα Πέμπτη έως και 15/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ.** Προσφορές που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα επιστρέφονται.

Η ημερομηνία ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται στις **16/11/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.** και θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΜΙΧΑΣ Σ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ