



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Διοίκηση 6^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας

Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου &

Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Λευκάδα 27/01/2023

Αριθ. Πρωτ: 1045

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

Ταχ. Δ/ση: Φιλοσόφων

Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ

Τηλέφωνο: 2645 360287

Πληροφορίες: Αδάμ Άννα

e-mail:adam@ghol.gr

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» του ΓΝ Λευκάδας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).
4. Την με αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».
5. Τον Ν.3329/2005 <Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις> (ΦΕΚ Α'81/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
6. Τον Ν.4782/2021
7. Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με **ΑΔΑΜ 22REQ011800089** όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
8. Την υπ'αριθμ.πρωτ 246/26-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΣΘΙ4690ΒΧ-ΦΙΛ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Αριθμ. Δέσμευσης: 83/0

9.Το Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ: 23REQ012038326

10.Την υπ' αριθ. ΣΥΝ. 13^η /16-12-2022 θέμα 25^ο Απόφασης ΔΣ του Νοσοκομείου(ΑΔΑ:ΨΨ2Φ4690ΒΧ-ΖΔΛ)

11.της υπ'αριθμ.243/26-01-2023 Απόφασης Διοικητή περί ορισμού της Επιτροπής Διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού, με ΑΔΑ: 6ΞΘΖ4690ΒΧ-Γ3Ψ

12.Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφορά σας για «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» CPV: 33192000-2 προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.903,00 € άνευ ΦΠΑ 13% & 24% ή 21.609,12€ με ΦΠΑ 13% & 24%, για διάστημα 3 μηνών ή μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΟΥΣ	M/M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΩΝΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΚΟΛΛΩΜΕΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 320 cm x 213 cm ΜΕ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟ ΦΙΛΜ 48 CM X 25 CM ΜΕ ΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΟΝΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.	TMX	60	8,00	480,00	13%	542,40
2	ΗΜΙΣΕΝΤΟΝΑ Μ.Χ. 80X180cm	TMX	3.000	0,35	1.050,00	24%	1.302,00
3	ΣΕΝΤΟΝΙΑ Μ.Χ ΡΟΛΛΟΙ 75cmX 50m	TMX	800	3,50	2.800,00	24%	3.472,00
4	ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ (σάκος τύπου ΜΑΥΟ) με απορροφητικό πεδίο, αδιάβροχο για τραπέζι εργαλείων.	TMX	260	0,90	234,00	24%	290,16
5	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ.ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ ΑΤΜΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ:						
	1) 90mm X 260mm	TMX	2.500	0,018	45,00	24%	55,80

	3)150mm X 300mm	ΤΜΧ	4.500	0,030	135,00	24%	167,40
6	ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 0,5gr	ΤΜΧ	30	15,00	450,00	13%	508,50
7	ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ MEDIUM	ΤΜΧ	200	0,32	64,00	24%	79,36
8	ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ SMALL	ΤΜΧ	100	0,32	32,00	24%	39,68
9	ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LARGE	ΤΜΧ	60	0,32	19,20	24%	23,81
10	ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ./ΧΕΙΡΟ ΥΡΓΕΙΟ	ΠΑΚΕΤΑ (των100τμχ)	300	3,50	1.050,00	24%	1.302,00
11	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΑΙΔΩΝ	ΤΜΧ	150	0,55	82,50	24%	102,30
12	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	ΤΜΧ	3.400	0,207	703,80	24%	872,71
13	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ	ΤΜΧ	120	4,20	504,00	13%	569,52
14	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΑ	ΤΜΧ	50	0,8	40,00	24%	49,60
15	ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ	ΚΙΛΑ	1.100	2,00	2.200,00	24%	2.728,00
16	Κουβέρτες θερμάνσεως ασθενών μιας χρήσεως με αέρα μετά συνοδού εξοπλισμού	ΤΜΧ					
	Α) ολοκλήρου σώματος ασθενών		100	7,75	775,00	24%	961,00
	Β) Άνω μέρος του σώματος		80	7,75	620,00	24%	768,80
17	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Μ.Χ. ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΜΧ	100	0,90	90,00	24%	111,60
18	ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΤΜΧ	2. 500	0,49	1.225,00	24%	1.519,00
19	ΣΕΤ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ (TUR)	ΤΜΧ	12	7,60	91,20	24%	113,09
20	ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ. 2L	ΤΜΧ	300	1,22	366,00	13%	413,58
21	ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ(ΣΤΗΡΙΞΗΣ Σ ΩΛΗΝΩΝ- Στηρικτικά σωλήνα τραχε) 25m	ΤΜΧ	80	3,50	280,00	24%	347,20
22	ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ	ΤΜΧ	90	4,07	366,30	13%	413,92
23	ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ	ΤΜΧ	240	4,98	1.195,20	13%	1.350,58
24	ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ	ΤΜΧ	40	12,42	496,80	13%	561,38
25	ΒΑΣΕΙΣ ΣΑΚΩΝ	ΤΜΧ	80	6,60	528,00	13%	596,64
26	ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΒΑΣΗ	ΤΜΧ	120	3,22	386,40	13%	436,63
27	ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΒΑΣΗ	ΤΜΧ	120	4,97	596,40	13%	673,93
28	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ	ΤΜΧ	400	1,00	400,00	24%	496,00

29	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ	ΤΜΧ	200	2,20	440,00	24%	545,60
30	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ(συσκευασία των 1kgr)	ΤΜΧ	20	3,86	77,20	24%	95,73
31	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΤΜΧ	200	0,20	40,00	24%	49,60
32	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΑ 2,5mm	ΤΜΧ	200	0,20	40,00	24%	49,60
					17.903,00		21.609,12

Απαραίτητη η προσκόμιση ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ επί ποινή αποκλεισμού.

Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά είδος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A4 ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΑΥΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΑΥΟ αποστειρωμένα, αδιάβροχα, αντιμικροβιακά.

A/A5 ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ

- Κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.
- Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό και στο οξείδιο του αιθυλενίου.
- Οι μάρτυρες έχουν απότομη χρωματική μεταβολή. Να είναι τοποθετημένοι μεταξύ δύο πλαστικών στρωμάτων (laminated), εξαλείφοντας τελείως τον κίνδυνο να έρθουν σε επαφή οι χημικές ουσίες του δείκτη με το προς αποστείρωση υλικό.
- Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική.
- Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σκίζεται το χαρτί, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο να περάσουν μικρόβια από έξω προς τα μέσα.
- Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική, μαλακή και δεν ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό.
- Η πλαϊνή συγκολλητική επιφάνεια να είναι μεγίστης αντοχής, έτσι ώστε να μην ανοίγει από την πίεση του βάρους των εργαλείων και να μην αφήνει ίχνη κατά το άνοιγμα.
- Οι διαστάσεις που αναφέρονται στις θήκες είναι το ωφέλιμο προς αποστείρωση. Οι συνολική διάσταση των θηκών να είναι 20mm μεγαλύτερη στο μήκος.

A/A11 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ

Ουροσυλλέκτες παιδικοί αποστειρωμένοι μιας χρήσης με διπλό θάλαμο συλλογής ούρων και βαλβίδα μη επιστροφής. Κατάλληλος για αγόρια και κορίτσια, που προσαρμόζεται ανατομικά ανάμεσα στα πόδια. Να αποκλείεται η επιμόλυνση του δείγματος από κόπρανα. Να διαθέτει σημείο λήψης δείγματος για την αποφυγή διαφυγής ούρων και της επιμόλυνσης. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να είναι υποαλλεργική και ισχυρή.

A/A 12 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ

Ουροσυλλέκτες απλοί μιας χρήσης των 2000 cc , ανθεκτικοί με ισχυρή συγκόλληση περιφερειακά και ιδιαίτερα στο σημείο ένωσης του σωλήνα με τον ασκό περισυλλογής, διαφανείς, με βαθμονόμηση, με σωλήνα από υλικό μη τοξικό, με ευκρινή διαγράμμιση ανά 100 cc, με βαλβίδα μη παλινδρόμησης και σωλήνα 80εκ - 100 εκ. με καπάκι.
 Να διαθέτουν τρύπες, ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας.

A/A13 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΣΑΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΛΥΤΕΡΗ ΕΥΛΙΓΙΣΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΗ ΚΡΥΒΟΜΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ ΠΟΥ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ. ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ 10-76ΧΙΛ

A/A15 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

Φύλλα Διαστάσεων 40x60 cm (με δυνατότητα απόκλισης +/- 5 cm ανά διάσταση) από καλής ποιότητας χαρτί, υπεραπορροφητικό, πολύ μαλακό, κατάλληλο για κλινική και νοσοκομειακή χρήση. Η συσκευασία να είναι αδιάβροχη και ανθεκτική, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλή μεταφορά του προϊόντος και η απόλυτη προστασία του από τυχόν επιμολύνσεις. Βάρος χαρτοβάμβακα 18 gr/m² +/- 5%. Τέφρα μέγιστη τιμή 1%.

Απορροφητικότητα max 25 sec.

Η συσκευασία να είναι από 5 kg έως 8 kg

Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:

Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής

Το είδος του περιεχομένου

Η ημερομηνία παραγωγής

Ο αριθμός παρτίδας

Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος)

Ο αριθμός της σύμβασης και ο φορέας

Η ένδειξη κρατικό είδος με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη

A/A 16 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΑΕΡΑ

- Απαλή στην αφή και ελαφριά.
- Να μην απορροφά υγρά.
- Ανθεκτική στη φωτιά και στα σκισίματα.
- Να είναι σχεδιασμένη ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διαφορές θερμοκρασίας σε ολόκληρη την κουβέρτα.

A/A19 ΣΕΤ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ (TUR)

Να διαθέτουν CE και να πληρούν αποδεδειγμένα το πρότυπο EN 13795:2011 στο υψηλότερο επίπεδο (HP).

Να είναι από μιας χρήσεως υλικό non woven 2 στρωμάτων , ανθεκτικό,στρωματοποιημένο,μαλακό,αδιάβροχο και να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια (χνούδι) με αδιάβροχη ενίσχυση.

Το σετ να περιλαμβάνει:

- ✓ 1 χειρουργικό ουρολογικό σεντόνι συνολικών διαστάσεων 200X185cm,ενσωματωμένα ποδονάρια λιθοτομίας ,με ενσωματωμένο σάκο συλλογής υγρών,με σύστημα διατήρησης του ανοίγματος, με βαλβίδα παροχέτευσης,με πλέγμα συγκράτησης ευρημάτων από non woven(όχι δίχτυ) και αυτοκόλλητη ταινία για συγκράτηση στην μπλούζα του Χειρουργού, με latex free δακτυλικό κάλυμμα για εξέταση ορθού, με οπή στη βουβωνική χώρα με περιμετρικό αυτοκόλλητο αλλά και δεύτερη προσχεδιασμένη οπή με αυτοκόλλητο στην υπερηβική χώρα.
- ✓ 1 ενισχυμένο κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού εργαλείων 140X190cm
- ✓ 1 αυτοκόλλητη χειρουργική ταινία 10X50cm
- ✓ 4 πετσέτες χειρουργείου33X33cm
- ✓ Να είναι όλα μαζί τυλιγμένα με το κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού και να περιλαμβάνονται σε ενιαία αποστειρωμένη συσκευασία.

A/A22 ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΣΑΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ,ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΛΥΤΕΡΗ ΕΥΛΙΓΙΣΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ. ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ 10-76ΧΙΛ

A/A23 ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΣΑΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ,ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΛΥΤΕΡΗ ΕΥΛΙΓΙΣΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ VELCRO. ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ 10-76ΧΙΛ

A/A 24 ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ

ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤΟΜΙΑΣ max70mm. ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΤΥΠΟΥ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ VELCRO ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΥΔΑΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΕΣ ΚΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ ΕΩΣ 90mm.

A/A25 ΒΑΣΕΙΣ ΣΑΚΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ ΜΕ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ . ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΖΩΝΗΣ , ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 55mm.

A/A26 ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΒΑΣΗ

ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΛΛΑΝΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 55mm.

A/A27 ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΒΑΣΗ

ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΛΛΑΝΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ VELCRO ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 55mm.

A/A28 ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Φίλτρο μηχανικό με πτυχώμενη μεμβράνη, υψηλής προστασίας HEPA ,για αναπνευστικό κύκλωμα.

Να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- ✓ Επιτυγχάνει συγκράτηση βακτηρίων και ιών κατά 99,9999%
- ✓ Διαθέτει μεμβράνη 100% υδρόφοβη
- ✓ Διαθέτει νεκρό χώρο 90ml
- ✓ Κατασκευασμένο χωρίς latex (υποαλλεργικό), χωρίς PVC
- ✓ Χαμηλού βάρους έως 27g
- ✓ Να διαθέτει ειδικό πεδίο (στο σώμα του φίλτρου) αναγραφής της ημερομηνίας και της ώρας τοποθέτησής του
- ✓ Να προσφέρει απόδοση ύγρανσης $\geq 33,1 \text{mg H}_2\text{O/L air}$ στα 500mlVT
- ✓ Να έχει χαμηλή αντίσταση $\leq 3,3 \text{mbar}$ στα 60L/min
- ✓ Να έχει χαμηλή ενδοτικότητα (Compliance), μικρότερης του 1ml/ mbar στα 60 mbar
- ✓ Να είναι κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους βάσει EN ISO14644-1:2015 ή αποστειρωμένο, σε ατομική συσκευασία
- ✓ Να είναι κατάλληλο για αερισμούς αναπνεόμενων όγκων από 300 έως 1500ml
- ✓ Να διαθέτει θύρα δειγματοληψίας, για σωληνάκι καπνογραφίας LuerLock και ενσωματωμένο συγκρατούμενο καπάκι.

A/A29 ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

Φίλτρο μηχανικό με πτυχώμενη μεμβράνη, υψηλής προστασίας HEPA ,για τον αναπνευστήρα.

Να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- ✓ Επιτυγχάνει συγκράτηση βακτηρίων 99,9999% και ιών κατά 99,9999%
- ✓ Διαθέτει μεμβράνη 100% υδρόφοβη
- ✓ Διαθέτει νεκρό χώρο 90ml
- ✓ Κατασκευασμένο χωρίς latex και χωρίς PVC
- ✓ Να είναι κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους βάσει EN ISO14644-1:2015 ή αποστειρωμένο, σε ατομική συσκευασία
- ✓ Χαμηλού βάρους έως 28g
- ✓ Να διαθέτει ειδικό πεδίο (στο σώμα του φίλτρου)αναγραφής της ημερομηνίας και της ώρας τοποθέτησής του
- ✓ Να έχει χαμηλή αντίσταση $\leq 2,8$ mbar στα 60L/min
- ✓ Να έχει χαμηλή ενδοτικότητα (Compliance),μικρότερης του 1ml/ mbar στα 60 mbar
- ✓ Να είναι κατάλληλο για αερισμούς αναπνεόμενων όγκων από 300 έως 1500ml
- ✓ Να διαθέτει θύρα δειγματοληψίας, για σωληνάκι καπνογραφίας LuerLock και ενσωματωμένο συγκρατούμενο καπάκι.

A/A30 ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ

Νατράσβεστος υψηλής ποιότητας, σε μορφή κόκκων κατάλληλου σχήματος ώστε να :

A)Να προσφέρει υψηλή απορροφητικότητα CO₂, και άρα η νατράσβεστος να διαρκεί περισσότερο και

B) Να διασφαλίζει την μικρότερη δυνατή τριβή,με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται η δημιουργία σκόνης.

Μελέτες να αποδεικνύουν ότι η νατράσβεστος έχει υψηλή απόδοση, με χρόνο

χρήσης σε τυπικές συνθήκες αερισμού κλειστού κυκλώματος,χαμηλής ροής (minimal flow) αναισθησίας άνω των 30 ωρών.

Να διαθέτει πιστοποιητικό ασφαλείας υλικού και ασφαλούς χρήσης σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό EC1907/2006.

Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της

εταιρείας ή του ιδιώτη και θα απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Θα φέρουν σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο που θα περιέχει **υποφάκελλο δικαιολογητικών συμμετοχής, υποφάκελλο τεχνικής προσφοράς και υποφάκελλο οικονομικής προσφοράς**. Υποχρεωτικά σε ένα (1) αντίγραφο οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ και δύο (2) αντίγραφα οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ.

1. Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα περιέχει :

A) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό **πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

2. Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει:

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης .

3. Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει:

Την οικονομική προσφορά όπου θα αναφέρεται η τιμή μονάδος του είδους και απαραίτητα ο αύξοντας αριθμός της κατάστασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 07/02/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μμ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Λευκάδας.

Η αποσφράγιση θα γίνει στις 08/02/2023 ημέρα Τετάρτη.

Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομιστούν όσα από αυτά έχουν λήξει.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας κ. Αδάμ Άννα τηλ:2645360287, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Πρωτογενές αίτημα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22REQ011800089).

Ο
ΔΙΟΙΚ/ΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ
ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ